

## Szanowni Państwo

Zakład, w którym Państwo pracujecie, zostaje włączony do Systemu Dozymetrii Indywidualnej i otrzymujecie nr rejestracyjny –

.....  
numer rejestracyjny Zakładu (wpisuje IMP)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Skrupulatne stosowanie się do naszych zaleceń ma istotny wpływ na precyzję pomiarów i poprawność działania BAZY DANYCH DAWEK ŻYCIOWYCH pracowników narażonych na promieniowanie fotonowe.

### Instrukcja postępowania z dozymetrami fotometrycznymi

#### 1. Przydzielanie błon dozymetrycznych pracownikom.

- a. Po zawarciu umowy wraz z błonami dozymetrycznymi i kasetami otrzymują Państwo „ARKUSZ POMIARÓW DOZYMetryczNYCH” zawierający imienny wykaz osób wraz z numerami błon przypisanymi do każdej z nich. Bezwarunkowo należy przestrzegać zasady, aby osoby wymienione w arkuszu otrzymały błony o numerach przypisanych do ich imienia i nazwiska.
- b. Na każdej błonie wytłoczony jest numer identyfikacyjny, którego nie należy poprawiać ani zamazywać.
- c. Błone należy umieścić w kasecie w taki sposób, aby w podłużnym otworze kasety widoczny był jej numer.
- d. Kasetę zawierającą błonę powinna być noszona pod fartuchem ołowiowym z lewej strony klatki piersiowej.
- e. Kasetę otwiera się i zamyka przy pomocy wkrętaka przez ostrożne włożenie go w szczelinę zamka i wykonanie obrotu o 90°. Konieczne jest otworenie/zamknięcie obu zamków w dolnej i górnej części kasety.

#### **Uwaga:**

*Pracownicy nie powinni przekazywać sobie nawzajem przydzielonych im błon dozymetrycznych.*

#### 2. Okresy pomiarowe

Okresy pomiarowe trwają 3 miesiące.

I okres pomiarowy .....  
*daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP*

II okres pomiarowy .....  
*daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP*

III okres pomiarowy .....  
*daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP*

IV okres pomiarowy .....  
*daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP*

### 3. Odsyłanie błon

- a. Pod koniec każdego okresu pomiarowego, będziecie Państwo otrzymywać Zakładu Ochrony Radiologicznej IMP błony przeznaczone do noszenia w kolejnym okresie pomiarowym wraz z nowym, zaktualizowanym „ARKUSZEM POMIARÓW DOZYMTRYCZNYCH” .
- b. Za każdym razem po zakończeniu okresu pomiarowego należy niezwłocznie odesłać błony wraz z „ARKUSZEM POMIARÓW DOZYMTRYCZNYCH” do Zakładu Ochrony Radiologicznej IMP.

#### **Uwaga:**

Błony odesłane z opóźnieniem będą traktowane jako przeterminowane.

W przypadku, gdy z przyczyn losowych błona dozymetryczna jest odsyłana po zakończeniu innego okresu niż ten na , który została przypisana (tj. błona zaległa), należy w odsyłanym do nas, wraz z błonami „ARKUSZU POMIARÓW DOZYMTRYCZNYCH” w rubryce „zmiany”, wpisać czytelnie następujące dane:

- numer błony,
- imię i nazwisko osoby, która ją nosiła,
- okres noszenia błony.

W pozycji „zmiany” prosimy ponadto o podawanie liczby błon zamawianych na kolejny okres pomiarowy, a także liczby dodatkowo zamawianych kaset dozymetrycznych.

### 4. Nowi pracownicy

a. W celu rozpoczęcia pomiarów dozymetrycznych dla osoby/osób nowozatrudnionej/nowozatrudnionych należy w „ARKUSZU POMIARÓW DOZYMTRYCZNYCH” w rubryce „zmiany” podać pełne dane osobowe tj.:

- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- rok w którym dana osoba rozpoczęła pracę w narażeniu na promieniowanie fotonowe,
- zawód,
- PESEL.

b. W następnej wysyłce otrzymacie Państwo nową kasetę/y i błonę/y dozymetryczną dla wskazanej osoby/osób.

#### **Uwaga:**

Brak kompletu czytelnych danych uniemożliwia objęcie kontrolą dozymetryczną nowego pracownika.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się, podając numer rejestracyjny Państwa zakładu z:

Pracownią Oceny Narażenia Zawodowego  
Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy  
91-348 Łódź  
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8  
tel./faks.: 42 631 45 39  
tel.: 42 631 45 54 lub wew.: 553, 730, 537.  
e-mail: dozymetria@imp.lodz.pl

#### **Ważne:**

*Niestosowanie się do zaleceń powyższej instrukcji może prowadzić do zawieszenia pomiarów dozymetrycznych w Państwa Zakładzie.*

Ponadto informujemy, że podstawą do wystawiania faktur za wykonane pomiary dozymetryczne jest liczba błon **wysłanych** do kontrahenta.